



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Λ. Φυλής 8^η στάση & Σπ. Θεολόγου 1
 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122
 Τηλ. 2132015276
 email: ekaprom2@eka-hosp.gr

Ίλιον, 05-03-2026
 Αριθ. πρωτ.: 2339

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΑ
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6/2026

**ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Ο Αν. Διοικητής του Ε.Κ.Α., (Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4412/16 ΦΕΚ (Α' 147), του ν. 4270/2014 (Α' 143), του ν. 5218/14-07-25, ΦΕΚ (Α' 125), προσκαλεί μέσω της *isurplies*, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους χώρους, να καταθέσουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι υλικά.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Είδος Διαγωνισμού	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Είδος Διαδικασίας	Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
CPV	33100000-1 Ιατρικές Συσκευές
Κατάθεση προσφορών έως	13/03/2026 και ώρα 12:00 στην πλατφόρμα της <i>isurplies</i>
Αποσφράγιση Ηλεκτρονικών προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο	

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021,
- του άρθρου 43 του Ν.4605/19 (Α 147) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016,
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 3918 /2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ Α'31/2.3.2011),
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α'134/18-06-2007)

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4635/2019 (Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρ. 85 επ.,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 - του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
 - του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150),
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α 95 - 01.06.2018) αρθρ.4. Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
- του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", όπως ισχύει,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781),
- την υπ' αριθμ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της ΕΠΥ: «Τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ) τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόμενα στο νόμο αυτό.»,
- το υπ' αριθμ. πρωτ.: 4690/15-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ όπου αναφέρεται ότι με την ισχύ του νέου Ν.4412/2016 η ΕΠΥ δεν είναι πλέον αρμόδια για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που εκπονούνται ή καθορίζονται από τους φορείς της παρ. 1, του άρθρου 9 του Ν. 2580/2007
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Τις Αποφάσεις:

- Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 18363/23-04-25 ΦΕΚ(ΥΟΔΔ 459) Απόφαση, εκ νέου διορισμός του Αν. Διοικητή ΕΚΑ (ΑΔΑ: 9Ε95465ΦΥΟ-ΧΥΣ) του Υπουργείου Υγείας.
- Την υπ' αριθμ. 04/13-02-2026 Θ. 1 Απόφαση ΔΣ, που αφορά Έγκριση Σκοπιμότητας και Πίστωσης για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού, Αναλώσιμου Υλικού και Αγαθών.
- Την υπ' αριθμ. 22/14-11-2025 Απόφαση ΔΣ, που αφορά Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και διενέργεια Ανοιχτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Απινιδωτή, με σύναψη σύμβασης 3 μηνών.

- Την αριθ. 458/03-03-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΛΨΣΟΡΡ1-ΡΧΟ) η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 458 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΚΑ.

Τις Αιτήσεις Χορήγησης Υλικού:

1. Την υπ' αριθ. 156/22-01-2026 της Β' ΦΙΑΠ, που αφορά την προμήθεια Λαρυγγοσκοπίου.
2. Τα υπ' αριθ. 117 και 152/22-01-2026 της Α' και Β' ΦΙΑΠ αντίστοιχα, που αφορούν την προμήθεια Ηλεκτροκαρδιογράφων.
3. Τα υπ' αριθμ. 110,158,/22-01-2026 της Α' και Β' ΦΙΑΠ αντίστοιχα, και το 193/23-01-2026 των Εξωτερικών Ιατρείων, που αφορούν προμήθεια Ηλεκτρονικών Πιεσόμετρων.
4. Τα υπ' αριθμ. 111,165/22-01-2026 της Α' και Β' ΦΙΑΠ αντίστοιχα, και το 194/23-01-2023 των Εξωτερικών Ιατρείων που αφορούν την προμήθεια Οξύμετρων δακτύλου
5. Τα υπ' αριθμ. 132,157/22-01-2026 της Α' και Β' ΦΙΑΠ αντίστοιχα, που αφορούν την προμήθεια Συσκευών Ανίχνευσης Φλεβών
6. Το υπ' αριθμ. 148/22-01-2026 της Β' ΦΙΑΠ, που αφορά την προμήθεια Απινιδωτή.

Την ανάγκη για εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών της πλατφόρμας iSupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει, σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένος, να εγγραφεί (η εγγραφή είναι δωρεάν), στην πλατφόρμα iSupplies. Η εγγραφή γίνεται συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη ακόλουθη διεύθυνση: <https://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε πληροφορία που χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε με την iSmart P.C. (email: info@isupplies.gr, τηλέφωνο: 2103601671).

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτηση: ekaprom2@eka-hosp.gr, πληροφορίες: Δοβίτσα Μαρία, τηλ.213 2015 276.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΧΟΛΙΑ
Β' ΦΙΑΠ	Λαρυγγοσκόπιο	1 τμχ	Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω
Α' ΦΙΑΠ Β' ΦΙΑΠ	Ηλεκτροκαρδιογράφος	2 τμχ	Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω
Α' ΦΙΑΠ Β' ΦΙΑΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο	63 τμχ	Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω

A' ΦΙΑΠ B' ΦΑΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	Οξύμετρα δακτύλου	65 τμχ	Βλ. Τεχνικές Προδιαγραφές παρακάτω
A' ΦΙΑΠ B' ΦΙΑΠ	Συσκευή Ανίχνευσης Φλεβών	2 τμχ	Βλ. Τεχνικές Προδιαγραφές παρακάτω
B' ΦΙΑΠ	Απινιδωτής	1 τμχ	Βλ. Τεχνικές Προδιαγραφές παρακάτω

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

- Το σετ λαρυγγοσκοπίου να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και να πληροί όλα τα τελευταία standards όπως IEC 601-1, EN 1819, ISO 7376-3, CE.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο, ανθεκτικό, με σαγρέ λαβές για σταθερό κράτημα και αποσπώμενες λάμες με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους τύπους και μεγέθη.
- Να διαθέτει λάμες παιδιατρικές & ενηλίκων (Paed, Macintosh, WIS, & Miller) Οι λάμες να εφαρμόζουν εύκολα και αυτόματα στη λαβή κάνοντας τέλεια επαφή με αυτή.

Λάμες

- Οι λάμες να διαθέτουν ενσωματωμένη δέσμη τουλάχιστον 6500 παράλληλων οπτικών ινών, μμεταφοράς του ψυχρού φωτισμού υψηλής απόδοσης και φωτεινότητας.
- Να μην περιλαμβάνουν βίδες.
- Να είναι σχεδιασμένες & κατασκευασμένες χωρίς γωνίες και οπές για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τραυματισμού των ασθενών κατά την χρήση, εύκολο καθαρισμό & αποτελεσματική απολύμανση-αποστείρωση.
- Να λειτουργεί με απλές μπαταρίες.
- Να υπάρχει εγγύηση για 5 χρόνια στις λάμες ή 4000 αποστειρώσεις χωρίς απώλεια της φωτεινότητας – πάνω από 1000[lux].

Λαβές

- Για τις προσφερόμενες λαβές να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε λάμες διαφορετικών διαστάσεων.
- Ο λαμπτήρας τους να είναι τεχνολογίας ΧΕΝΟΝ για μεγαλύτερη φωτεινότητα σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες αλογόνου.
- Το εξωτερικό μέρος των λαβών να μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί ή να αποστειρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Το εσωτερικό μέρος των λαβών που δεν αποστειρώνεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον χρόνο αποστείρωσης του εξωτερικού μέρους είτε με κάποια άλλη εξωτερική λαβή είτε να επαναφορτίζεται.
- Οι λαβές να αποτελούνται από δύο αυτόνομα μέρη, το εξωτερικό μέρος της λαβής και το εσωτερικό μέσα στο οποίο να βρίσκονται οι μπαταρίες καθώς και ο λαμπτήρας.
- Το εξωτερικό μέρος της λαβής να μπορεί να αποστειρωθεί και σε αυτόκαυστο κλίβανο.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα έγγραφα.

1.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, αναγνωρισμένου οίκου, με πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη σήμανση CE και να λειτουργεί με 220 V/50 Hz.

1.2 Να είναι ελαφρύς και φορητός.

1.3 Να κάνει ταυτόχρονη λήψη και των 12 απαγωγών τις οποίες να εκτυπώνει διαδοχικά με το πάτημα ενός πλήκτρου.

1.4 Να διαθέτει θερμικό καταγραφικό σύστημα υψηλής ανάλυσης

1.5 Να διαθέτει λειτουργίες αυτόματης και χειροκίνητης καταγραφής και να μπορεί να καταγράψει σε ομάδες των 6 καναλιών κατά την επιλογή του χειριστή.

1.6 Να μπορεί να αποδώσει συνεχή καταγραφή ενός ή τριών καναλιών, καθώς και στοιχεία όπως αριθμό απαγωγής, ευαισθησία, ταχύτητα καταγραφής, κ.λ.π.

1.7 Να διαθέτει λειτουργία οικονομική εκτύπωσης για εξοικονόμηση χαρτιού

1.8 Να διαθέτει ανάλυση καρδιογραφήματος και να αποδίδει αναλυτικό φύλλο αναφοράς.

1.9 Να κατατεθεί παράδειγμα εκτύπωσης για αξιολόγηση.

1.10 Να διαθέτει μνήμη για αποθήκευση καρδιογραφημάτων.

1.11 Αν είναι εξαιρετικά εύκολος στην χρήση (καταγραφή με πάτημα ενός πλήκτρου)

1.12 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5 ιντσών όπου να παρουσιάζονται όλες οι απαγωγές (σε σετ 3, 6 ή 12) για προεπισκόπηση

1.13 Να περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία τεχνολογίας ιόντων λιθίου με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον 2 ωρών.

1.14 Στη βασική του σύνθεση να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για την λειτουργία του όπως επίσης να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση.

1.15 Να διαθέτει Θύρα LAN για επικοινωνία με Η/Υ και με σύστημα κεντρικού σταθμού σε πραγματικό χρόνο.

1.16 Να μπορεί να αναβαθμίσει το λειτουργικό του σύστημα από τον χρήστη.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2.1. Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος.

Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

2.2. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν **εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.**

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν.

Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

2.3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

2.4. Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη τοπικού service.

2.5. Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος.

2.6. Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CE του είδους και ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04).

2.7. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος.

2.8. Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.9. Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.

2.10. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.

2.11. Να δοθούν οικονομικές προσφορές, ως εκατοστιαίο ποσοστό της συνολικής αξίας αγοράς, για πλήρη τεχνική υποστήριξη, με ετήσια Σύμβαση Συντήρησης και επισκευής, με ανταλλακτικά και χωρίς ανταλλακτικά, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση Συντήρησης (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν.

2.12. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

Με σύστημα αυτοελέγχου ακριβείας

- Εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση.
- Κλινικώς πιστοποιημένο
- Εύκολο στη χρήση με ένα κουμπί
- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη τριών ενδείξεων
- Με τεχνολογία χάρη στην οποία η συσκευή μετράει με ακρίβεια ακόμη και αν η περιχειρίδα έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο από το χρήστη
- **Με κυλινδρική περιχειρίδα κατάλληλη για κανονικά, για παχιά άτομα και παιδιά.**
- Δυνατότητα μέτρησης σε βραχίονες μεγαλύτερης περιφέρειας
- Δυνατότητα μέτρησης ακόμη και πάνω από το ρούχο
- Τεχνολογία με χρήση δύο αισθητήρων για την εξάλειψη πιθανότητας ανακριβούς μέτρησης
- Με ανίχνευση κίνησης σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης
- Με φωτεινή ένδειξη εάν η πίεση είναι εντός ή εκτός των φυσιολογικών ορίων
- Μνήμη 100 μετρήσεων τουλάχιστον
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας ρεύματος με μετασχηματιστή για αστικό δίκτυο.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών τουλάχιστον.

ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ)

- Το οξύμετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής και σύγχρονης (ψηφιακής) τεχνολογίας.
- Να είναι φορητό μικρού όγκου και βάρους μικρότερο των 90[gr] μαζί με τη μπαταρία.
- Να είναι κατάλληλο για επείγοντα περιστατικά.
- Να έχει ενσωματωμένο αισθητήρα και να είναι εύκολο στη χρήση του.
- Να υπολογίζει και απεικονίζει το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και τους καρδιακούς παλμούς.
- Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανάκλασης παλμών και να μετρά με ακρίβεια και αξιοπιστία για το SpO2 ακρίβεια ± 2 , για το καρδιακό ρυθμό ± 3 και να εμφανίζει τα αποτελέσματα στην φωτιζόμενη οθόνη LCD της συσκευής.
- Να χρησιμοποιεί διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία μέτρησης κορεσμού του οξυγόνου.

- Να είναι εργονομικό και να λειτουργεί με ένα μόνο πλήκτρο.
- Να έχει δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
- Να λειτουργεί με μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ

- Με την συσκευή ανίχνευσης φλεβών, να επιτυγχάνεται η ζωντανή απεικόνιση αγγειακού δικτύου, σε πραγματικό χρόνο ροής κυκλοφορίας αίματος επάνω σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος του ασθενή
- Η συσκευή να λειτουργεί χωρίς τη χρήση αναλωσίμων υλικών
- Να υφίσταται ευχέρεια της παρακολούθησης της πορείας στα αγγεία του υγρού που εγχέεται κατά περίπτωση
- Να διαθέτει ψηφιακή επεξεργασία φωτός
- Να διαθέτει υπέρυθρη ακτινοβολία (μήκος κύματος περίπου 850nm)
- Να εντοπίζει φλέβες έως 10mm βάθος(εντοπισμός αγγείου κάτω από το δέρμα)
- Να διαθέτει 3 επίπεδα απεικόνισης ανάλογα τον ασθενή ενήλικες, παιδιά , βρέφη
- Να διαθέτει 4 λειτουργίες απεικόνισης ,με 4 επίπεδα αντίστοιχα ρυθμιζόμενης φωτεινότητας συνδυάζοντας και την τεχνολογία maxbright (κανονική απεικόνιση, ανάστροφη απεικόνιση με άλλο χρώμα που απεικονίζει τον ιστό και άλλο χρώμα που απεικονίζει το αίμα στις φλέβες, απεικόνιση με βάθος φλέβας τριχοειδών αγγείων για βρέφη και ανάστροφη απεικόνιση)
- Να έχει την ικανότητα ρυθμιζόμενης φωτεινότητας (maxbright- κανονική-έντονη)
- Να διαθέτει σύστημα λήψης και αποθήκευσης φωτογραφιών
- Να έχει τη δυνατότητα χρήσης και με μπαταρίες λιθίου
- Να διαθέτει δυνατότητα εύκολης φόρτισης
- Το βάρος του να είναι έως 800 gr μέγιστο
- Να υπάρχει δυνατότητα τροχήλατης βάσης στήριξης

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

1. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του.
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50H. Να διαθέτει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) για αυτονομία λειτουργίας 6,5 ωρών σε λειτουργία παρακολούθησης ή 220 απινιδώσεων σε 360 Joules. Το τροφοδοτικό και ο φορτιστής μπαταριών να είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Οι μπαταρίες να έχουν αυτοτελή ένδειξη φόρτισης και ο χρόνος φόρτισης να μην ξεπερνά τις 4 ώρες.
3. Να είναι διφασικός με αντιστάθμιση της μετρούμενης διαθωρακικής αντίστασης την οποία να εμφανίζει στην οθόνη, και να διαθέτει δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης απινιδώσης, με αποδιδόμενη ενέργεια από 1 έως 360 joules, σε όσο το δυνατό περισσότερες υποδιαίρεσεις (τουλάχιστον 20).
4. Να είναι μικρού όγκου και βάρους (<4,3kg) με τα paddles και τη μπαταρία. Να διαθέτει εργονομική λαβή για τη μεταφορά του και να φέρει ειδικές θέσεις ασφαλείας τοποθέτησης των paddles.
5. Να είναι στεγανό ως προς υγρά IPX5 και σκόνη IP5X, σύμφωνα με τα διεθνή standards.
6. Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές για χρήση κατά την μεταφορά ασθενών EN1789 για ταλαντώσεις, κτυπήματα, και για πτώση από τουλάχιστο 70cm.

7. Να διαθέτει λειτουργίες χειροκίνητης εξωτερικής απινίδωσης, παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, εξωτερικής βηματοδότησης (pacing) και λειτουργία AED. Το menu και οι φωνητικές εντολές να είναι στα ελληνικά.
8. Να είναι απλός στη χρήση και η απινίδωση να γίνεται σε τρία βήματα, επιλογή ενέργειας-φόρτιση-απινίδωση.
9. Ο συνολικός χρόνος ενεργοποίησης της συσκευής σε πλήρη φόρτιση να μην υπερβαίνει τα 2s, ο χρόνος φόρτισης στα 200 Joules να μην υπερβαίνει τα 3s, και στα 360 Joules να υπερβαίνει τα 7s.
10. Η φόρτιση καθώς και η επιλογή της ισχύος να μπορεί να γίνεται τόσο από ειδικά πλήκτρα πάνω στη συσκευή, όσο και από πλήκτρα πάνω στα paddles.
11. Να μετατρέπονται από ενηλίκων σε παιδιά, με απλή αφαίρεση τμήματος αυτών και να φέρουν ευκρινείς ενδείξεις ορθής τοποθέτησης, καθώς και ενδείξεις διαθωρακικής αντίστασης για διευκόλυνση του χρήστη.
12. Κατά τη λειτουργία AED, η παρεχόμενη ενέργεια να είναι ρυθμιζόμενη από το χειριστή από 100 έως 360 Joules, ακόμα και με δυνατότητα 3 επάλληλων απινιδώσεων σταδιακά αυξανόμενης ενέργειας. Να αναλύει αυτόματα το ΗΚΓ ρυθμό και να διαθέτει φωνητικές οδηγίες απινίδωσης στην Ελληνική γλώσσα.
13. Ο εξωτερικός βηματοδότης να διαθέτει λειτουργία demand και fixed. Ο ρυθμός βηματοδότησης να ρυθμίζεται από 30ppm έως 200ppm με ρύθμιση του ρεύματος εξόδου από μηδέν έως 200Ma.
14. Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης LCD 8" τουλάχιστον, με ταυτόχρονη απεικόνιση ως και 5 κυματομορφών μαζί με τις αριθμητικές τιμές των μετρούμενων παραμέτρων.
15. Να υπάρχει δυνατότητα μετατροπής της έγχρωμης οθόνης σε οθόνη υψηλής αντίθεσης για χρήση σε υπέρ-φωτισμένο περιβάλλον (high contrast mode).
16. Στην οθόνη να εμφανίζονται: η επιλεγμένη ισχύς απινίδωσης, ένδειξη παρέλευσης χρόνου, ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας, ημερομηνία και ώρα.
17. Η συσκευή να διαθέτει περιστροφικό πλήκτρο επιλογής (navigator), καθώς και πλήκτρα άμεσης πρόσβασης στις βασικές λειτουργίες.
18. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή 3 καναλιών, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα καταγραφής. Να δύναται να καταγράφει είτε κατ' επίκληση, είτε αυτόματα μετά από συναγερό ή συγκεκριμένο γεγονός.
19. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης έως 4GB για δεδομένα ασθενών, με έως 1.000 περιστατικά ανά ασθενή. Να μπορεί να αποθηκεύσει την κυματομορφή του ΗΚΓ για έως και 120 ώρες συνεχούς παρακολούθησης. Τα δεδομένα να μπορούν να αποθηκευτούν σε USB flash μνήμη.
20. Να διαθέτει λήψη ECG 3/5 απολήξεων, με ρυθμιζόμενο εύρος παλμού και ταχύτητα ίχνους.
21. Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα να μπορεί να ληφθεί είτε από ηλεκτρόδια ηλεκτροκαρδιογράφου, είτε απευθείας από τα paddles ή τα pads.
22. Να μπορεί να δεχτεί ενισχυτή για μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης(SpO2), αναίμακτης πίεσης (NIBP) και καπνογραφίας EtCO2, να προσφέρονται κατ' επιλογή.
23. Να μπορεί να συνδεθεί με συσκευή μετρήσεως βάθους συμπίεσεων CPR της ίδιας εταιρίας, η οποία να προσφερθεί προς επιλογή.
24. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση ISO 13485:2016, ISO 9001:2016, για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η συσκευή να φέρει ένδειξη CE.
25. Η συσκευή να παραδοθεί με όλα τα παρελκόμενά της, όπως κουτάλες (paddles εξωτερικής απινίδωσης, καλώδιο με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια εξωτερικής απινίδωσης (pads), καλώδιο καρδιογράφου και καταγραφικό χαρτί.
26. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια και εγχειρίδια του κατασκευαστή.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι ΑΝΑΔΟΧΟΙ αναλαμβάνουν την προμήθεια των ανωτέρω σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε είδους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(άρθρα 73, 74 & 75 Ν.4412/2016, & άρθρα 22, 23, 24 Ν. 4782/2021)

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ¹, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7² και

τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων³.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης⁴.

1.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνονται:

- Δυο Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υπόδειγμα Ι, ΙΙ)

Στην περίπτωση νομικών προσώπων η υπογραφή των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.

- **πιστοποιητικό ΓΕΜΗ** περί εκπροσώπησης και αντίγραφο καταστατικού, πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότησης ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνισμού, και

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα οικονομικά στοιχεία της επισυνάπτονται σε ξεχωριστό αρχείο με την ονομασία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

¹ Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

² Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.

³ Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

⁴ Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα ή νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (Α' 188).

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του είδους, καθώς και Τεχνικά φυλλάδια εφόσον υπάρχουν.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **δώδεκα (12) μήνες**, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την Πρόσκληση.

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη **χαμηλότερη τιμή**, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους (τεχνικές προδιαγραφές) της Πρόσκλησης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο παρουσία των οικονομικών φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει θέτοντάς του προθεσμία να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας του εκάστοτε είδους πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της Εξωσυμβατικής ή Συμβατικής αξίας ανάλογα.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του ν.4412/16 άρθρο 200.

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

- A) Για Εξωσυμβατικές δαπάνες κάτω των 150,00€ δεν ισχύει καμία κράτηση
 Για Εξωσυμβατικές δαπάνες άνω των 150,00€ και Συμβάσεις ισχύουν οι κρατήσεις: α) Ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 4%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% και
- B) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως του Υπ. Οικ.
 Αν γίνουν αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) και στις τροποποιήσεις αυτού.

Συνοπτικά, οι ενέργειες των προμηθευτών που θέλουν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω έρευνα αγοράς είναι οι εξής:

1. Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα iSupplies της εταιρείας iSmart P.C. αν δεν είναι ήδη γραμμένοι.
2. Να στείλουν στο Νοσοκομείο e-mail για το ενδιαφέρον τους στην παροχή της υπηρεσίας/έργου.
3. Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι προμηθευτές πρέπει να αναφέρουν απαραίτητως τον αριθμό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι ενδεικτικά στοιχεία: CPV, GMDN, REF Number, Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ, Κατασκευαστικός οίκος, Κατηγορία και περιγραφή υλικού και απαραίτητα να υποβάλουν Υ.Δ. Ν.1599/89 ότι για τα συγκεκριμένα είδη δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών.
4. Να υποβάλουν την προσφορά τους, ως αρχείο μαζί με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών προδιαγραφών, και οικονομικής προσφοράς, στην ψηφιακή πλατφόρμα iSupplies της εταιρείας iSmart P.C. (με ισχύ προσφοράς 180 ημέρες)
5. Να υποβάλουν τις **Υ.Δ.** σύμφωνα με τα υποδείγματα I & II.

Συνημμένα:

- Υπόδειγμα I. ΥΔ για την Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
- Υπόδειγμα II. ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο Αναπλ. Διοικητής Ε.Κ.Α.

Ψαρρός Νίκος

Υπόδειγμα Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)

Προς: ΕΚΑ, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο. 6/2026, για την Προμήθεια _____ (να γραφτεί το υλικό για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον)

Ο/Η (όνομα) :
 Επώνυμο :
 Όνομα & επώνυμο πατέρα :
 Όνομα & επώνυμο μητέρας :
 Ημερομηνία γέννησης :
 Τόπος γέννησης :
 Τόπος κατοικίας :
 Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- α. **Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είμαι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.**
- β. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- γ. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του Διαγωνισμού.
- δ. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)

Προς: ΕΚΑ, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο. 6/2026, για την προμήθεια _____ (να γραφτεί το υλικό για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον)

Ο/Η (όνομα) :
 Επώνυμο :
 Ονομα & επώνυμο πατέρα :
 Ονομα & επώνυμο μητέρας :
 Ημερομηνία γέννησης :
 Τόπος γέννησης :
 Τόπος κατοικίας :
 Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α. Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

β. Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

γ. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

δ. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016

ε. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη συμφώνως του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στο πρόσωπό μου, οφείλω σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)