



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική- Οικονομική

ΥΠ/ΝΣΗ : Διοικητική- Οικονομική

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών

Πληροφορίες: Θ. Χατζημπεκιάρης

Δ/ση: Σπύρου Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής 8^η στάση

ΤΚ: 13122 Ίλιον Αττικής

Τηλ.: 2132015247

Email: ekarom1@eka-hosp.gr

Ίλιον, 19-03-2026

Αρ. πρωτ. 2951

Προς:

Όλους τους Οικονομικούς Φορείς

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Στο Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης (σελίδα 51) και συγκεκριμένα στο σημείο Α/Α 2.1 διαπιστώθηκε ότι έχει περικοπεί μέρος του πλήρους κειμένου της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή σύνταξη των προσφορών, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές σε επεξεργάσιμη μορφή και παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της παραγράφου 2.1.

Ανάρτηση οροφής λυχνίας :

- Διαμήκης κίνηση > 3 m
- Εγκάρσια κίνηση > 1,9m
- Καθ' ύψος κίνηση >1,5m. Να δηλωθεί προς αξιολόγηση η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος για τη πραγματοποίηση ακτινολογικών προβολών Γονάτων σε όρθια θέση χωρίς τοποθέτηση εξαρτήματος για τη διευκόλυνση των Εξεταζόμενων και των Τεχνολόγων.
- Συγχρονισμένη κίνηση με τον ανιχνευτή (Auto tracking) τόσο στην οριζόντια τράπεζα όσο και στο όρθιο Bucky και να εκτιμηθεί η παροχή αυτόματης τοποθέτησης (Auto-positioning) σε όλα τα ανατομικά προγράμματα για όλες τις λήψεις.
- Περιστροφή λυχνίας ως προς τον οριζόντιο άξονα, τουλάχιστον +/- 120°
- Κλίση λυχνίας ως προς τον κατακόρυφο άξονα, τουλάχιστον +/- 130°

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΡΟΣ